



อันตราย

- ห้ามสูบบุหรี่
- ห้ามการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือปลั๊กไฟ
- ห้ามการใช้อุปกรณ์อื่น ๆ

ห้องเก็บท่อบรรจุก๊าซทางการแพทย์

NIPPON SANSO (THAILAND) Co.,Ltd.

ใบรับบริการ

วันที่ 12/6/67

ชื่อลูกค้า San kamphaeng Hospital

ที่อยู่ Buak Khang Subdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai, โทรศัพท์ 0-5344-6635-7

ถึงบรรจุ Liquid Oxygen รุ่น DM-04  
หมายเลขถัง DM-09-04-05 ขนาด 1000 L.  
รายการลูกค้าแจ้งซ่อม ใช้งานถังบรรจ้ออกซิเจน  
Vacuum ถังบรรจ้ออกซิเจน Liquid Oxygen

รายละเอียดการซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์

ถังบรรจ้ออกซิเจน Vacuum ใช้งาน  
ถังบรรจ้ออกซิเจน Vacuum ที่ 22.2 Micron.  
อยู่ในถังปกติ

การตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณ์

อุปกรณ์ถัง		สภาพสีถัง		โถเก็บรังสี		โถอะคราไมต์		ความสะอาด		คู่มือใช้งาน		Vaporizer		กล่องไฟฟ้า	
ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี	ดี	ไม่ดี

ผู้ส่งงาน คุณนทีโพธิ์  
วันที่รับงาน 6/6/67  
วันที่เริ่มงาน 12/6/67  
วันที่เสร็จงาน 12/6/67  
ผู้ปฏิบัติงาน คุณอัครวิทย์ / คุณโกสิน /  
คุณอัครวิทย์

กิโลเมตรที่รถ รถทะเบียน ๐๓ ๙๒๕๐ กทม.  
จากเลข ก.ม.  
ถึงเลข ก.ม.

เวลาที่เดินทางไปปฏิบัติงาน

ออกจาก	เวลาออก	ถึงเวลา	รวมชั่วโมง
NST-5	8:00 น.	9:00	
กลับจาก	เวลาออก	ถึงเวลา	รวมชั่วโมง
NST-5	14:00 น.		

ชั่วโมงการปฏิบัติงาน

เริ่มเวลา	เสร็จเวลา	รวมชั่วโมง
9:30 น.	19:00 น.	2:30 ชม.

สำหรับลูกค้า

ความพึงพอใจในการให้บริการ


ดีมาก  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

หมายเหตุ

ลงชื่อ ( อัครวิทย์ ) ลูกค้า  
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค

ลงชื่อ ( อัครวิทย์ ) ผู้ตรวจซ่อม  
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค





17

วันที่	17/2/67		17/2/67		17/2/67	
	วันที่	จำนวน	หน่วย	วันที่	จำนวน	หน่วย
9 ก.ค. 67	102	2700	Chm	102	2700	Chm
10 ก.ค. 67	101	2700	modhs	101	2700	Chm
11 ก.ค. 67	101	2850	modhs	102	2850	Chm
12 ก.ค. 67	102	2950	Atorn	102	2950	Atorn
13 ก.ค. 67	102	2800	Atorn	101	2750	Atorn
14 ก.ค. 67	102	2700	Atorn	102	2700	Atorn
15 ก.ค. 67	102	2650	modhs			
16 ก.ค. 67	102	2600	Atorn	102	2600	Atorn
17 ก.ค. 67	102	2600	modhs	102	2550	modhs
18 ก.ค. 67	102	2550	Chm	102	2500	Chm
19 ก.ค. 67	102	2500	modhs	102	2400	modhs
20 ก.ค. 67	102	2400	Chm	101	2350	Chm
21 ก.ค. 67	101	2300	Chm	101	2200	Chm
22 ก.ค. 67	102	2200	modhs	102	2150	modhs
23 ก.ค. 67	102	2100	Atorn	102	2000	Atorn
24 ก.ค. 67	102	1900	modhs	102	1850	Chm
25 ก.ค. 67	101	1750	modhs	101	1700	Chm
26 ก.ค. 67	101	1700	modhs	101	1650	Chm
27 ก.ค. 67	101	1600	Atorn	101	1600	Atorn
28 ก.ค. 67	102	1500	Chm	102	1500	Chm
29 ก.ค. 67	101	1400	Chm	101	1	Chm
30 ก.ค. 67	101	1450	modhs	10		
31 ก.ค. 67	102	1400	Atorn			

18

วันที่	18/2/67		18/2/67		18/2/67	
	วันที่	จำนวน	หน่วย	วันที่	จำนวน	หน่วย
10/6/67	102	2800	modhs	102	1900	Atorn
11/6/67	102	1900	modhs	102	1800	Chm
12/6/67	101	1850	Atorn	102	1800	Chm
13/6/67	102	1800	Chm	102	1800	Atorn
14/6/67	102	1800	Chm	102	1800	Atorn
15/6/67	102	1750	Chm	102	1750	Chm
16/6/67	102	1700	modhs	102	1700	Chm
17/6/67	102	1650	Atorn	102	1700	Chm
18/6/67	101	1600	modhs	102	1700	Chm
19/6/67	102	1650	Atorn	102	1700	Chm
20/6/67	102	1650	Atorn	101	1600	Chm
21/6/67	101	1600	modhs	102	1600	Chm
22/6/67	102	1550	Atorn	102	1550	Chm
23/6/67	102	1550	Atorn	102	1550	Chm
24/6/67	102	1500	Atorn	102	1500	Chm
25/6/67	102	1450	Atorn	102	1450	Chm
26/6/67	101	1400	modhs	102	1400	Chm
27/6/67	101	1400	Atorn	101	1400	Chm
28/6/67	101	1350	modhs	101	1300	Chm
29/6/67	101	1300	modhs	102	1300	Chm
30/6/67	102	1300	Chm	102	1300	Chm
1 ก.ค. 67	102	1250	Chm	101	1250	Chm
2 ก.ค. 67	102	1200	Chm	102	1200	Chm
3 ก.ค. 67	102	1150	Chm	102	1150	Chm
4 ก.ค. 67	101	1100	modhs	101	1100	Chm
5 ก.ค. 67	101	1100	modhs	101	1100	Chm
6 ก.ค. 67	101	1100	modhs	101	1100	Chm
7 ก.ค. 67	101	950	Chm	101	950	Chm
8 ก.ค. 67	102	3100	Chm	102	3200	Chm