

### 6.3.4 การบ่งชี้สถานะบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างชัดเจนเป็นปัจจุบันและสืบค้นหาผลการตรวจสอบย้อนหลังได้

Item	W/O	ME CODE/ASSET ID	Department	Risk	Equipment	Manufacturer	Model	Serial Number	Status	Comments
1	SKPH,AMG001	AMG-DEN-01	DEN	LOW	AMALGAMATOR	3M	ESPE CAPMIX	940036024219	PASS	PM
2	SKPH,AMG002	AMG-DEN-02	DEN	LOW	AMALGAMATOR	SDI	ULTRAMAT 2	101897	PASS	PM
3	SKPH,AST009	AST-ER-01(N)	ER	LOW	ASPIRATOR	YUWELL	7E-A	H2009010671	PASS	-
4	SKPH,AST003	SUD-IPD1-01	IPD1	LOW	ASPIRATOR	GASTRIC DRAINAGE	ORS	-	PASS	-
5	SKPH,AST004	VAC-LR-01	LR	LOW	ASPIRATOR	ATMOS	S 351 NATAL	1007549	PASS	100,200,300 mbar
6	SKPH,AST005	VAC-LR-02	LR	LOW	ASPIRATOR	ATMOS	ATMOFORTE 350	205532 02/2001-05	PASS	0.1,0.5,0.9 bar
7	SKPH,AST006	SUM-REF1-01	REF1	LOW	ASPIRATOR	YUWELL	7E-A	H2009070895	PASS	-
8	SKPH,AST008	SUM-REF3-01	REF3	LOW	ASPIRATOR	WEINMANN	ACCUVAC LITE	-	PASS	-
9	SKPH,PRB001	PRB-PT-01	PT	MEDIUM	BATH, PARAFFIN, PHYSICAL THERAPY	IMS	6.7D	14-014	PASS	60
10	SKPH,CEN001	CEN-LAB-05	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	BOECO	C-28A	0001272-03	PASS	1000/2000/3000
11	SKPH,CEN002	SER-LAB-01	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	CLAY ADAMS	SERO-FUGE2001	3680059	PASS	2940
12	SKPH,CEN003	CEN-LAB-02	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	BOECO	S-8	0000946	PASS	4000 3min
13	SKPH,CEN004	CEN-LAB-03	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	DIG-SYSTEM	DSC-158T	07091124	PASS	Lv.6 เวลาไม่หัด
14	SKPH,CEN005	HEM-LAB-01	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	BOECO	H-240	0002449-02	PASS	12000 5min
15	SKPH,CEN006	CEN-LAB-06	LAB	MEDIUM	CENTRIFUGE	BOECO	HC-240	001923-05	PASS	12000 5min
16	SFPK,CUL001	DEN-CUL-01	DEN	LOW	Curing light	BA INTERNATIONAL	BF4Y6	18D00076	PASS	PM
17	SFPK,CUL002	DEN-CUL-02	DEN	LOW	Curing light	BA INTERNATIONAL	B2FU	18D00079	PASS	PM
18	SFPK,CUL003	DEN-CUL-03	DEN	LOW	Curing light	DEMI	BGUZ6	752037468	PASS	PM
19	SFPK,CUL004	DEN-CUL-04	DEN	LOW	Curing light	3M	DEEPCURE-L	9321250609	PASS	PM
20	SFPK,CUL005	DEN-CUL-05	DEN	LOW	Curing light	3M	S10	939123-003600	PASS	PM
21	SKPH,AED001	AED-ER-01	ER	HIGH	DEFIBRILLATOR, EXTERNAL, AUTOMATED (AED)	ZOLL	AEDPLUS	X16L877585	PASS	PAD EXPIED
22	SKPH,AED002	AED-ER-02	ER	HIGH	DEFIBRILLATOR, EXTERNAL, AUTOMATED (AED)	ZOLL	AEDPLUS	X21G385429	PASS	PAD EXPIED
23	SKPH,DEF005	DEF-ER-03	ER	HIGH	DEFIBRILLATOR/PACEMAKER, EXTERNAL	PHILIPS	EFFICIA DFM100	CN32629276	PASS	-

วิธีได้มา	ID CODE	ชื่อเครื่องมือ	หมายเลขครุภัณฑ์	ยี่ห้อ	รุ่น/แบบ (Model)	Serial Number	หน่วยงาน	Status	การดูแลรักษา
งบบำรุง	ATP-LAB-05	PIPETTE	6515-038-5000/2	BIOHIT	20 ul	5081504	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ATP-LAB-06	PIPETTE		SCI LOGEX	25 ul	EQ04705	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ATP-LAB-07	PIPETTE	6515-038-5000/4	BIOHIT	50-200 ul	5068226	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ATP-LAB-08	PIPETTE		HUAWEI	-	704268	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ATP-LAB-09	PIPETTE		SUREPETTE	5-50 ul	171851	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ATP-LAB-10	PIPETTE		-	-	-	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	BBR-LAB-01	REFRIGERATOR, BLOOD BANK		Q.NIC	BBR-9DP	11094004	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	REF-LAB-02	REFRIGERATOR, LABORATORY		SANYO	SBC-289K	20201253	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	REF-LAB-04	REFRIGERATOR, LABORATORY		SANYO	SBC-337KD	80600382	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	REF-LAB-03	REFRIGERATOR, LABORATORY	6515-038-0391/68	SANYO	-	-	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	ROT-LAB-01	ROTATOR	6515-024-0004/2	DIG-SYSTEM	R-2800D(6515-024-0004	1102007	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	TMD-LAB-04	THERMOMETER		-	-	-	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	THD-LAB-03	THERMOMETER		-	DT-5	-	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
บริจาค	TMD-LAB-01	THERMOMETER	6515-038-4065/1	ESCORT	INTELLIGENT MINI	MI-CB-0062-0011	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	HYG-LAB-04	THERMOMETER		-	DT-5	-	LAB	ใช้งานได้	PM+CAL
งบค่าเสื่อม	VAC-LR-01	ASPIRATOR	6515-032-0203/1	ATMOS	S 351 NATAL	1007549	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	VAC-LR-02	ASPIRATOR		ATMOS	ATMOFORTE 350	205532 02/2001-05	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบค่าเสื่อม	DRT-LR-01	FETAL HEART DETECTOR, PHONO	6515-027-1005/11(60)	SUMMIT DOPPLER	LIFEDOP 350	09140691	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	FEM-LR-01	FETAL HEART DETECTOR, ULTRASONIC		SONICAID	TEAM CARE	738XL0209028-13	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	OFF-LR-01	FLOWMETER, GAS		-	-	-	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	OFF-LR-02	FLOWMETER, GAS		TRI TECH	-	-	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	OFF-LR-04	FLOWMETER, GAS		PRECISION MEDICA	1MFA	911671	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	OFF-LR-03	FLOWMETER, GAS		-	-	-	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	OFF-LR-05	FLOWMETER, GAS		INSPIRE	-	0141	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
งบบำรุง	INP-LR-02	INFUSION PUMP	6515-025-1001/3	TERUMO	TE-112	1003000030	LR	จำหน่ายแล้ว	PM+CAL
งบบำรุง	INP-LR-01	INFUSION PUMP	6515-025-1001/28(66)	TOP INFUSION	TOP-2300	17A0496	LR	ใช้งานได้	PM+CAL
บริจาค	MPT-LR-02	MONITOR, PHYSIOLOGIC, VITAL SIGNS	6515-027-2002/13	NORTHERN	Aquarius	JH20210831105	LR	ใช้งานได้	PM+CAL



