

6.4.3 ผลการซ่อมบำรุงหรือการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข ต้องประกอบไปด้วยคำอธิบายปัญหาและอาการที่เกิดขึ้นของเครื่องมือ หมายเลขอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและแผนก หรือ หน่วยงานที่แจ้งการซ่อมบำรุงเป็นอย่างน้อย

รายละเอียดการแจ้งซ่อมเครื่องมือการแพทย์

งานซ่อม
เงื่อนไขการเปลี่ยนสถานะ: 2

✖ เรื่องการแจ้งซ่อม : สาย cuff BP

ครุภัณฑ์ : เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งพื้น

รายละเอียดอาการ : สายต่อ cuff BP เครื่อง monitor บวมพองยาว เลขทะเบียน กว 9148 บาดชำรุด

M69-00027

รายละเอียดครุภัณฑ์

รหัส :	6515-069-1301/14 (1187)
ชื่อ :	เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งพื้น
รายละเอียด :	ยี่ห้อ :- รุ่น :-
ประเภทค่าเสื่อม :	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อายุค่าเสื่อม : 5 ปี
วันที่รับเข้า :	3 ก.ย. 2553 หมวดสภาพ : 2 ก.ย. 2558
อายุใช้งาน :	15 ปี 7 เดือน 4 วัน
การรับประกัน :	เริ่ม :- สิ้นสุด :-
หน่วยงาน :	ส่วนกลาง ชั่วคราว
ผู้รับผิดชอบ :	-
อาคาร :	- ชั้น :- ห้อง :-

ราคา : 4,990.00
สถานะ : ปกติ

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ใบแจ้งซ่อมเลขที่ M69-00027

วันที่แจ้ง 24 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 18:09 น.

เรียน หัวหน้าศูนย์เครื่องมือแพทย์

ด้วยหน่วยงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

มีความประสงค์ส่งซ่อมอุปกรณ์ : สาย cuff BP

ครุภัณฑ์เลขที่ : 6515-069-1301/14

ชื่อครุภัณฑ์ : เครื่องวัดความดันโลหิต ตั้งพื้น

สาเหตุ / หรืออาการ : สายต่อ cuff BP เครื่อง monitor บวมพองยาว เลขทะเบียน กว 9148 ซาดชำรุด



ลงชื่อ ผู้แจ้งซ่อม
(น.ส.พวงอุทัย พุทธิรัตน์)

ลงชื่อ ผู้รับซ่อม
(นายปฐพงษ์ พาเรือนคำ)

หมายเหตุ

ส่งซ่อมปกติ

ส่งซ่อมย้อนหลัง ช่างดำเนินการซ่อมให้ก่อน

บันทึกงานซ่อมเครื่องมือแพทย์


ซ่อมได้

ส่งซ่อมภายนอก

ซ้ำรูปขอจำหน่าย

ข้อมูลแจ้งซ่อม (24 มี.ค. 2569 18:09)

ความเร่งด่วน : **ปกติ**
วันที่แจ้ง : 24 มี.ค. 2569 18:09
สถานที่พบ : อาคารผู้ช่วยนอก 30 เดียง (อาคารสินค้าแพง 1) ชั้น : ห้อง :
ระบบแจ้งซ่อม :
ผู้แจ้งซ่อม : น.ส. พวงฤทัย พุทธรัตน์ เบอร์โทร : 0948302690
ช่างที่ระบุ : นาย ปิฎพงษ์ พาเรือนคำ
ฝ่าย/แผนก : งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน



ข้อมูลรับงาน (25 มี.ค. 2569 11:57)

วันที่รับ : 25 มี.ค. 2569 เวลา : 11:57
วันที่ซ่อม : 25 มี.ค. 2569 เวลา : ถึงวันที่ : 25 มี.ค. 2569 เวลา :
ผู้รับเรื่อง : นาย ภูวดล ปันติมา
ช่างหลัก : นาย ปิฎพงษ์ พาเรือนคำ
หมายเหตุ :

ข้อมูลดำเนินการซ่อม (25 มี.ค. 2569 11:58)

รายละเอียด : เปลี่ยนคัฟรพยาบาล กว9148
วันที่ : 25 มี.ค. 2569 เวลา : 11:58
การซ่อม : ซ่อมเอง

ข้อมูลการซ่อม



รายการซ่อม

ประเภท	รายการซ่อม	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
เปลี่ยน	คัพ	1	0.00	0.00

วันที่ซ่อมเสร็จ :

25/03/2569 11:59

หมายเหตุ :

